

Ürün Kodu

UTG-0130	Laboratuvar Mikseri 10 L, 220-240 V 50-60 Hz
UTAS-0087	Elektrikli Asphalt Mikseri Alt Isıtıcısı, 220-240 V 50-60 Hz, UTG-0130 için
UTG-0131	Yedek Karıştırma Kabı, UTG-0130 için
UTG-0132	Yedek Çırpıcı, UTG-0130 için

Standartlar

TS EN 12697-35

10 litre kapasiteli mikser, marshall stabilite ve yarmada çekme gibi asphalt mekanik deneylerinde veya proktor ve CBR gibi toprak deneylerinde kullanılacak numunelerin hazırlanması amacı ile tasarlanmıştır. Çırpıcı, karıştırma kabı yörüngesinde 10 ile 240 dev/dak. aralığında, kendi eksenini etrafında ise 20 ile 480 dev/dak. aralığında hızda döner. Makine üstündeki ayar düğmesi ile devir hızı kullanıcı tarafından kolayca ayarlanabilir.

Bitümlü karışımın, EN standartında öngörülen sıcaklıkta hazırlanması gerekmektedir. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için UTG-0130 mikser, termostat kontrollü asphalt mikseri alt ısıtıcısı ile donatılabilir.

Isı yalıtım mantolu ve PT100 sıcaklık sensörlü dijital termostat kontrollü asphalt mikseri ısıtıcısı, UTG-0131 karıştırma kabı ile uyumludur.

UTAS-0087 Elektrikli Asphalt Mikseri Alt Isıtıcısı ayrıca sipariş edilmelidir.



UTG-0130



UTG-0130, UTAS-0087 ile birlikte

Laboratuvar Mikseri aşağıdakiler ile birlikte verilmektedir:

- Karıştırma Kabı, paslanmaz çelik, 10 L
- Çırpıcı

	UTG-0130	UTAS-0087
Boyutlar	700×750×800 mm	300×300×350 mm
Ağırlık (yaklaşık)	75 kg	7 kg
Güç	550 W	600 W



UTG-0131



UTG-0132



UTAS-0087