

Ürün Kodu

UTC-0370 Beton Kirişler için Eğilme Deney Aparatı

Standartlar

TS EN 12390-5; ASTM C78, C293; AASHTO T 97

Eğilme Aparatı 100x100x400-500 mm, 150x150x600-750 mm boyutlarındaki beton kirişlerde orta nokta veya iki-nokta (ASTM üçüncü-nokta) yüklemeli eğilme deneyi için kullanılır. Aparat, 38 mm çaplı 160 mm uzunluğunda iki adet üst ve iki adet alt mesnet içerir. 150 mm kiriş için ayarlandığında, toplam yükseklik 330 mm, 100mm kiriş için ayarlandığında ise toplam yükseklik 290 mm dir.

- Üst mesnetler arası açıklık : 100 mm veya 150 mm
- Alt mesnetleri arası açıklık : 300 mm veya 450 mm
- Maksimum dikey açıklık : 160 mm (toplam yükseklik 330 mm olduğunda)
- Minimum dikey açıklık : 110 mm (toplam yükseklik 290 mm olduğunda)
- Üst mesnet hareket mesafesi : 40 mm
- Toplam Genişlik : 310 mm



Boyutlar	600x320x290mm
Ağırlık (yaklaşık)	40 kg