



Ürün Kodu

UTC-0580 Sıkıştırma Faktörü Deney Seti

Standartlar

BS 1881-103, 5075

Sıkışma Faktörü Deney Seti, düşük, orta veya yüksek işlenebilirliğe sahip taze betonda, sıkışma faktörü ölçümünde kullanılır.

Cihaz üst üste yerleştirilmiş 2 adet huni ve altında silindirik toplama kabından oluşur.

Betonun serbestçe düşmesini sağlayan, menteşe ile açılıp kapanır kapaklı iki konik hazne ve silindir kalıptan oluşur. Konik hazneler ve kalıp, rijit çelik gövdeye monte edilmiştir, temizlik için kolayca takılıp sökülebilir.

Boyutlar	264x610x1290 mm
Ağırlık (yaklaşık)	41 kg

