

Ürün Kodu

UTC-0980 Hızlandırılmış Kür Tankı, + 600C, 380V 50 Hz

Standartlar

ASTM C 1768 (Prosedür A-Sıcak Su Metodu)
BS 1881:Part 112 (35°C Metodu ve 55°C Method)

UTC-0980 Hızlandırılmış Kür Tankı, beton numunelerinin ASTM C 1768 standardı "Prosedür A-Sıcak Su Metodu" na ve BS 1881 Bölüm 112 standardı "35°C Metodu ve 55°C Metodu" na göre kür edilmesi amacı ile tasarlanmıştır.

Yalıtılmış çift cidarlı (iç paslanmaz çelik dış toz boyalı) tank, yalıtılmış kapak ve paslanmaz çelik delikli ızgarası ile birlikte. Sirkülasyon pompalıdır.

Çalışma süresi ayarlanabilir. Çalışma sıcaklığı ortam ile +60°C arasındır. Sıcaklık, $\pm 2^{\circ}\text{C}$ hassasiyetle, P.I.D. kapalı devre geri bildirim denetimli dijital termo regülatör ile kontrol edilir.

UTEST Yazılım ile, kür sürecinde, su sıcaklığı-zaman verileri sürekli olarak kaydedilebilir.



Dış Boyutlar	1000x750x850 mm
İç Boyutlar	900x600x640 mm
Ağırlık (yaklaşık)	90 kg
Güç	4500 W