

Ürün Kodu

UTC-1054 Silindir Başlıklama Çerçevesi

Standartlar

TS EN 12390-1, 12390-3, 12504-1; ASTM C31, C39, C42, C192, C617; ASSTHO T23, T126

UTC-1054 Silindir Başlıklama Çerçevesi, basınç dayanım deneyi öncesi, silindir şekilli numunelerin, yük uygulanacak yüzeylerinin yüklemeye yönüne dik olmasını sağlamak üzere yapılan kükürt-grafit başlıklama işleminde UTC-1050 eritme potası ile birlikte kullanılır.

Silindir Başlıklama Çerçevesi aşağıdakiler ile birlikte verilir:

- 75 mm, 100 mm ve 150 mm çaplı silindir numuneler için başlıklama plakaları

Boyutlar	200x200x320 mm
Ağırlık (yaklaşık)	13 kg

