

Ürün Kodu

- UTC-1080 Beton Geçirimsizlik Deney Seti, Kantitatif Ölçüm Ekipmanlı, 3 Numune Kapasiteli
UTC-1082 Beton Geçirimsizlik Deney Seti, Kantitatif Ölçüm Ekipmansız, 3 Numune Kapasiteli
UTC-1090 Beton Geçirimsizlik Deney Seti, Kantitatif Ölçüm Ekipmanlı, 6 Numune Kapasiteli
UTC-1092 Beton Geçirimsizlik Deney Seti, Kantitatif Ölçüm Ekipmansız, 6 Numune Kapasiteli
UTGE-3700 Kompresör 8 Bar 25 L, 220-240 V, 50-60 Hz

Standarts

TS EN 12390-8; ISO 7031

Sertleşmiş beton numunelerinde, basınç altında su işleme derinliğinin belirlenmesi için kullanılır.

Kantitatif ölçüm ekipmanlı veya ekipmansız 3 ve 6 numune kapasiteli olmak üzere dört modeli mevcuttur. 150 ve 200 mm küp veya 100x200 mm ve 150x300 mm silindir numuneleri test edilebilir.

Numuneye, 0,2 bar hassasiyette 12 bar 'a kadar su basıncı uygulanabilir. Sıkıştırılmış hava basıncının, su tankına uygulanması yolu ile elde edilen su basıncı, basınç göstergeli bir basınç regülatörü ile kontrol edilir.

Cihazın tüm numune hücreleri alüminyum malzemeden imal edilmiştir. Cihaz; maksimum 15 barlık basınca dayanıklıdır.

Kantitatif Ölçüm Ekipmanlı modellerde, su işleme derinliği, cihaz üzerindeki brütler yardımı ile dolaylı bir şekilde ölçülebilir. Numunelerin bağlandığı her bir hücrede 3 adet geçirimsizlik contası bulunur. Tüm modeller ilgili standard hükümlerine uygun olarak üretilir.

Cihazla birlikte kompresör verilir. Kompresör 8 bar, 25 litre kapasiteli dir.2 Hp gücünde olmalıdır, Hava emişi 192 lt/dak, Motor devri 2800 d/dev dir.

	Boyutlar	Ağırlık (yaklaşık)
UTC-1080	1520x570x1800 mm	158 kg
UTC-1082	1520x570x1300 mm	123 kg
UTC-1090	1520x570x1800 mm	194 kg
UTC-1092	1520x570x1300 mm	159 kg



UTC-1080



UTC-1082