

Ürün Kodu

UTC-3028 Beton Test Çekici (Schmidt Çekici) N Tipi (UTEST)
UTC-3040 Kalibrasyon Örsü

Standartlar

TS EN 12504-2, 13791; ASTM C 805; BS 1881:202; NF P18-417;
DIN 1048; UNI 9189

Betonun kalitesi esas olarak basınç dayanımı dikkate alınarak değerlendirilir ve beton yapıların yük taşıma kapasitelerini ve dayanıklılıklarını doğrudan etkiler.

UTC-3028 Beton Test Çekici (Schmidt Çekici) N Tipi sertleşmiş betonun basınç dayanımı özelliklerinin hasarsız yöntem ile ölçümünde, betonun genel kalitesinin ve betondaki zayıf noktaların tespitinde kullanılır. Test edilecek obje minimum 100 mm (3.9 inç) kalınlığa sahip olmalıdır.

UTC-3040 Kalibrasyon Örsü, özel çelik alaşımdan imal olup beton test çekicilerinin kalibrasyonunda kullanılır.



UTC-3028



UTC-3040

Ürün Kodu	Boyutlar	Ağırlık (yaklaşık)
UTC-3028	340x120x120 mm	2 kg
UTC-3040	150x150x230 mm	16 kg

Ölçüm Aralığı	10-70 N/mm ²
Darbe Enerjisi	2.207 Nm