

Ürün Kodu

UTSP-0350 Rögar Kapağı Test Cihazı

Standarts

EN 1917

Rögar Kapağı Test Cihazı EN 19174 standardına göre beton rögar ve kontrol bacalarının donatısız, çelik lifli ve donatılı olanlarının testi için tasarlanmıştır.

Test Cihazı 1.000 kN kapasiteli 4 kolonlu bir gövdeden ve çift kademeli, BC 100 kontrollü UTC-4830 Otomatik Güç Ünitesinden oluşmaktadır. Güç ünitesi standart gereksinimlerine göre test yapmak için programlanmıştır. Gerekli olan yükü 5 kez yükler ve belirtilen süre içinde numune üzerinde yükü sabit olarak tutar (120 saniyeye kadar). Piston üst kiriş üzerine yerleştirilmiş ve başlangıç noktasını bulmak için bir yay mekanizması monte edilmiştir. Rögar kapağı için gerekli olan adaptörler cihaz ile birlikte verilmemektedir.

Boyutlar	850x1100x1215 mm
Ağırlık (approx.)	15.000 kg.

