

Código del Producto

UTC-0370 Equipo para pruebas de Flexión de Vigas de Concreto

Estándares

EN 12390-5; ASTM C78, C293; AASHTO T 97

Equipo para pruebas de flexión de punto centrado o dos puntos (3 Puntos ASTM) de vigas de concreto de 100x100x400-500 mm, 150x150x600-750 mm. Consiste de 2 rodillos superiores y 2 rodillos inferiores de 38 mm de dia. y 160 mm de longitud. La altura total es de 330 mm cuando ajustada para vigas de 150 mm y de 290 mm de alto para vigas de 100 mm.

- Distancia entre los rodillos superiores : 100 mm ó 150 mm
- Distancia entre los rodillos inferiores : 300 mm ó 450 mm
- Apertura Máx. Vertical : 160 mm cuando la altura total es 300 mm
- Apertura Mín. Vertical : 110 mm cuando la altura total es 290 mm
- Viaje (Recorrido) Máx. : 40 mm
- Ancho Total : 310 mm



Dimensiones	600x320x290mm
Peso (aprox.)	40 kg