

Código del Producto

UTC-0540 Embudo V

Estándares

EN 12350-9

El UTC-0540 Aparato Embudo V está usado para evaluar el tiempo de flujo de concreto autocompactante recién mezclado. La prueba no es adecuada cuando el tamaño máximo del agregado excede 22.4 mm.

El conjunto de equipos consiste de un embudo de acero inoxidable puesto verticalmente en un estante de soporte. El orificio de descarga está equipado con una tapa que puede estar momentáneamente abierta.

Dimensiones	525x300x1040 mm
Peso (Aprox.)	18 kg

