

### Código del Producto

#### UTC-3160 Conjunto de Equipos para Pruebas de Carbonatación

Este conjunto de equipo sencillo está usado para determinar la profundidad de carbonatación de la capa carbonatada cerca de la superficie de concreto endurecido. No está adecuado para concreto hecho con cemento de aluminato de calcio. El conjunto consiste de dos botellas para lavado de 250 ml que contienen agua destilado y solución de fenolftaleína, y una regla para la profundidad de carbonatación.

