

Ürün Kodu

- UTM-0500 Üniuersal Deney Cihazı için Ekstensometre, 50 mm Ölçüm Boylu, 10 mm uzama mesafesi (0.01 mm doğruluklu)
UTM-0510 Üniuersal Deney Cihazı için Ekstensometre, 100 mm Ölçüm Boylu, 10 mm uzama mesafesi (0.01 mm doğruluklu)
UTM-0520 Üniuersal Deney Cihazı için Ekstensometre, 50 mm Ölçüm Boylu, 10 mm uzama mesafesi (0.001 mm doğruluklu)

Standartlar

TS EN ISO 6892-1, 15630-1, 7500-1

Üniuersal Test Cihazlarına uygun olan ekstensometreler, direkt olarak numunenin deformasyonunu ölçebilirler. İstendiği takdirde numunelerin ayrı ayrı ısı genleşme gerinimini ölçebilir veya numunenin deformasyon etkilerini net görmek için ısı genleşme etkisini ortadan kaldırır.



UTM-0500