

Ürün Kodu

UTR-0568 Basınç Dayanım Deney Jigi, Kaya Karot Numuneleri için

Standartlar

ASTM D2938

UTR-0568 Deney Jigi, 50 ile 55 mm arası çaplı ve 100 ile 110 mm arası yüksekliğe sahip kaya karot numunelerinin tek eksenli basınç dayanım deneylerinde kullanılır. İki kolonlu gövdeye uyumlu, oynar başlıklı üst basınç plakasının düşey yöndeki hareketi bir yay ile sağlanır. Jig, doğal taş karot numuneleri içinde kullanılır.

Plaka Boyutları	Ø55 mm, 28 mm kalınlık
Plakaların Sertliği (En Az)	58 HRC
Düşey Açıklık	112 mm
Boyutlar	120x120x250mm
Ağırlık (yaklaşık)	10 kg

